

Федеральное бюджетное учреждение
 «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области - Кузбассе»
 (ФБУ «Кузбасский ЦСМ»)
 ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПАМЯТКА

о минимальном количестве пробы для проведения испытаний угля и продуктов его переработки

№	Размер максимальных кусков в дробленой пробе, мм	Минимальная рекомендуемая масса пробы для определения, кг	
		Обогащённое топливо	Необогащённое топливо
1	2	3	4
Общий анализ			
1.	Выход летучих веществ Зольность Массовая доля аналитической влаги Массовая доля общей влаги Влагеёмкость максимальная Массовая доля водорода Массовая доля углерода Массовая доля общей серы Теплота сгорания Плотность действительная Пластометрическая усадка Толщина пластического слоя Спекающая способность, индекс Рога Показатель вспучивания Мацеральный состав Показатель отражения витринита Массовая доля мышьяка Массовая доля хлора Массовая доля фосфора Химический состав золы Плавкость зола Продукты полукоксования	3	5

